

Qualitätsprüf-Zertifikat

Certificate of Examination

nach / according to DIN 55350 - 18 - 4.2.2

Prüfobjekt / Object

Drehmoment-Schlüssel

Artikel Nr. / Article No.

656050_60-1/2

Serien Nr. / Serial No.

SN17-164300

Einstellbereich / Setting range

10,00 - 60,00 Nm

Prüfeinrichtung / Testing Equipment

Drehmoment-Prüfgerät / Torque Tester: Schatz AG Modell-Nr. 907705

Messmittel / Testing Device

Drehmoment Sensor / Torque Sensor : Schatz AG Art.-Nr. 99990100 100 Nm Ser.Nr. 1005970

Die Rückführung der Meßmittel ist gemäß DIN EN ISO 9001 durch das akkreditierte Kalibrierlabor

Schatz AG, Remscheid, belegbar sichergestellt (meßmittelabhängig).

According to DIN EN ISO 9001, the traceability of the testing equipment is documented and attested by the accredit Calibration Laboratory

Schatz Remscheid, (dependent on the testing device)

Die Prüfrichtung entspricht der Betätigungsrichtung

The test direction corresponds to the direction of actuation



Prüfwerte nach / Test values according to : DIN EN ISO 6789:2003

12,00 Nm (Genauigkeit / Accuracy - 3,00 % / + 3,00 %)		
min. 11,64 Nm	KPII-Faktor 87,50 %	max. 12,36 Nm
12,09 Nm		
12,10 Nm		
12,10 Nm		
12,12 Nm		
12,11 Nm		
36,00 Nm (Genauigkeit / Accuracy - 3,00 % / + 3,00 %)		
min. 34,92 Nm	KPII-Faktor 87,50 %	max. 37,08 Nm
35,93 Nm		
35,94 Nm		
35,95 Nm		
35,98 Nm		
35,88 Nm		
60,00 Nm (Genauigkeit / Accuracy - 3,00 % / + 3,00 %)		
min. 58,20 Nm	KPII-Faktor 87,50 %	max. 61,80 Nm
60,77 Nm		
60,71 Nm		
60,76 Nm		
60,77 Nm		
60,72 Nm		

Prüfdatum: 18.04.2017
Test Date:

Prüfer: Quill
Inspector:

Datum der ersten Inbetriebnahme
Date of initial operation

Die Kalibrierung erfolgte in dem nach DIN EN ISO 6789:2003 festgelegtem Temperaturbereich von 18-28° C und maximaler relativer Feuchte von 90%.
In accordance with DIN EN ISO 6789:2003, the calibration was carried out within the stipulated temperature range of 18° a 28°C and a relative humidity of 90% max.

Dieses Zertifikat ist maschinell erstellt und hat ohne Unterschrift Gültigkeit.

This certificate was generated automatically and is valid without signature.